

Jundiaí, 01 de dezembro de 2022

À

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER

PE 54/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 335/2022

Prezados Senhores,

A Empresa **Hexis Científica Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, nº 385, Distrito Industrial, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 53.246.010/0001-10, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em atenção ao PE 54/2022, solicitar o esclarecimento pelas razões abaixo aduzidas:

Perguntamos:

ITEM 03 – será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 8 meses.

ITEM 05 será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 12 meses.

ITEM 06 – será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 12 meses.

ITEM 07 – será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 12 meses.

ITEM 08 – Será aceito com validade de 80 %. Aproximadamente 8 meses.

RECEBIDO POR E-MAIL

Dia: 02/12/2022



HORA: 07:32

Por: Calliane

Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385 - Distrito Industrial - Jundiaí - SP - CEP 13213-009

F. (11) 4589-2600 | www.hexis.com.br | SAC 0800 702 2600

Confidential - Company Proprietary



ITEM 10 - O reagente de cloro livre é para utilizar em amostras de 5, 10 ou 25 mL?

ITEM 11 - O reagente de cobre é para ser utilizado em amostras de 10 ou 25 mL?

ITEM 13 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 14 meses.

ITEM 18 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 08 meses

ITEM 20 - O kit de reagente deverá ser compatível com amostras de 10 ou 25mL?

ITEM 24 - O kit será utilizado para amostras de 10 ou 25 mL?

ITEM 25 - Será aceito com validade de 80 %? Aproximadamente 16 meses.

ITEM 26 - O kit sera utilizado para amostras de 10 ou 25 mL?

- Ainda, aceito com validade de 80%. Aproximadamente 12 meses

ITEM 28 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 16 meses

ITEM 30 - O kit será utilizado para amostras de 10 ou 25 mL?

ITEM 32 - O kit será utilizado para amostras de 10 ou 25 mL? O kit acompanha 100 unidades em cada pacote.

ITEM 33 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 8 meses.

ITEM 34 - O kit será utilizado para amostras de 10 ou 25 mL?

ITEM 35 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente 16 meses.

ITEM 36 - O kit será utilizado para amostras de 10 ou 25 mL?

ITEM 37 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente de 21 meses.

ITEM 38 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente de 16 meses.

ITEM 41 - Será aceito com validade de 80%? Aproximadamente de 8 meses

No aguardo de um breve retorno.


ATT,

KELLEN
CRISTINA
GIATTI:2230408
7809
Assinado de forma
digital por KELLEN
CRISTINA
GIATTI:22304087809

HEXIS CIENTÍFICA LTDA.



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO



DESPACHO: 107/2022

DESTINO: CPL

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO

PROCESSO Nº 335/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES ESPECTOFOTÔMETRO

INTERESSADO: Sr(a) Pregoeiro(a)

Em relação aos prazos de validades, os mesmos serão aceitos atendendo o item 13.1 e 13.2 do edital. No qual a contratante informará a contratada proximo a data de validade final do produto e o mesmo deverá ser substituído no prazo de 30 dias, a contar com a data da notificação.

Item 10 - amostra de 10ml;

Item 11 - amostra de 10ml;

Item 20 - amostra de 10 ml;

Item 24 - amostra de 10 ml;

Item 26 - amostra de 10 ml;

Item 30 - amostra de 10 ml;

Item 32 - amostra de 10 ml;

Item 34 - amostra de 25 ml;


Item 36 - amostra de 10 ml;

Posterior segue para procedimento dos trâmites licitatórios.

Em: 05.12.2022

Respeitosamente,


Mário Fogaça Neto
Gerente dos Sistemas de Qualidade de Águas
GSQA – CAER

CPL DA CAER
RECEBIDO 05/12/22
HORA 12 : 04
POR: 

Gracyane Kellenes Araújo
Equipe de Apoio CPL/CAER